



KUOPIO REGIONINSTITUT FÖR ARBETSHYGIEN
Avdelningen för arbetshygien och toxikologi
Piirainen

5.11.2001

Nunnanlahden Uuni Oy

Hannu Kokkonen
Joensuuntie 1344 C
83940 NUNNANLAHTI

Ert materialprov den 3.10.2001

Objekt: Olika områden i Nunnanlahden Uuni Oy:s täljstensfyndighet.

De mjölprov (JN4 och JN5) av talk-magnesit-täljsten som ni sände analyserades med elektronmikroskop och röntgenspektrometer.

Proverna innehöll inga fiberartade mineraler som klassas som asbest.

Med beteckningen asbest avses följande fiberartiga silikatmineraler: aktinolit, amosit, antofyllit, krysotil, krokidolit och tremolit (Stadsrådets beslut om asbestarbete 1380/1994).

Högaktningsfullt

KUOPIO REGIONINSTITUT FÖR ARBETSHYGIEN
Avdelningen för arbetshygien och toxikologi

Markku Linnainmaa, FD
laboratoriechef